

## 1 Oggetto

La presente proposta definisce le modalità per la partecipazione a questa campagna di confronto interlaboratorio (CIL). Essa copre la **taratura di campioni di anelli lisci**, rispetto ad uno standard in conformità con la norma NF E 11-011.

## 2 Supporti di confronto

Il supporto di confronto fornito è un insieme di 4 anelli lisci :

- Uno di 2 mm di diametro
- Uno di 10 mm di diametro
- Uno di 50 mm di diametro
- Uno di 100 mm di diametro



## 3 Metodo di misura

Per ogni anello liscio il laboratorio utilizzerà il suo abituale metodo di taratura.

Questo consiste nell'eseguire le misurazioni per confronto con uno standard di riferimento, che dovranno essere specificate dal laboratorio. Il risultato atteso è un diametro misurato. Ogni misura viene ripetuta tre volte per anello per stimare la ripetibilità del laboratorio. Ognuna di queste misure deve corrispondere a un processo di taratura completo.

I risultati saranno obbligatoriamente trascritti nel file Excel che verrà allegato rispettando il formato.

## 4 Risultati

I risultati vengono valutati in base alle raccomandazioni della UNI ISO 5725 da parte della società Deltamu. Costituiscono l'oggetto di una relazione di sintesi dettagliata fornita ad ogni partecipante. In questo rapporto, **i risultati vengono presentati in forma "anonima"**.

La capacità dei laboratori viene poi valutata in base alle norme EN ISO / IEC 17043 e ISO 13528, tramite il **loro z-score** e il punteggio En.

## 5 Piano della campagna

I supporti per il confronto interlaboratorio circolano direttamente fra i partecipanti, secondo un calendario definito da Deltamu in accordo con i partecipanti.

Il laboratorio ha a disposizione **una settimana** per effettuare le misure e re-inviare il supporto per il confronto interlaboratorio.

Il trasporto tra ogni partecipante è a carico del laboratorio che invia il materiale.

## 6 Tempi di realizzazione

L'inizio del CIL è previsto per ottobre / novembre 2019.

## Modulo di iscrizione

Da restituire compilato a [ufficio-commerciale@deltamu.com](mailto:ufficio-commerciale@deltamu.com)

Società : .....

Nome e Cognome dell'interlocutore principale : .....

Tel : .....

Mail : .....

Indirizzo : .....

CAP e città : .....

Incertezza dichiarata : .....

Interlocutore sostituto (1) : .....

### Costo del confronto interlaboratorio Anelli lisci : 300 € HT

\* Questo documento servirà da ordine al momento della fattura senza che pervenga un ordine da parte vostra.

#### Impegni reciproci :

Questa registrazione impegna, sull'onore, l'azienda ed i partecipanti nei confronti di qualsiasi collusione o falsificazione dei risultati

La firma di questo documento impegna a trasmettere tutte le informazioni necessarie per il successo delle misure a tutte le persone che manipolano i supporti per il confronto. Egli assicura che **non è stata fatta nessuna regolazione o qualsiasi manipolazione che potrebbe cambiare la funzionalità dei supporti per come sono fatti**. Qualsiasi anomalia riscontrata deve essere notificata al coordinatore.

**La fatturazione** viene effettuata al lancio del circuito. Il regolamento è 45 giorni fine mese. A partire dalla data di lancio del circuito, tutte le iscrizioni registrate sono definitive e non sono soggette ad alcuna cancellazione o rimborso. **In caso di perdita o distruzione dei mezzi di confronto, la società Deltamu si riserva il diritto di rivendicare l'ammontare del supporto di confronto alla società responsabile per la spedizione.** Tale importo verrà mostrato all'inizio della campagna e permetterà ad ogni partecipante di assicurare il pacchetto spedito.

**La società Deltamu non può essere ritenuta responsabile per la perdita o la distruzione dei supporti di confronto.** Allo stesso modo, non saranno restituite le somme raccolte per la quota di iscrizione. La società Deltamu tuttavia, si impegna ad organizzare un nuovo confronto interlaboratorio nel minor tempo possibile, con gli stessi partecipanti.

Al ricevimento di questo modulo vi invieremo una convalida di registrazione, quindi il piano di avvio della campagna di confronto interlaboratorio.

(1) In assenza del contatto principale, la società Deltamu effettuerà la sostituzione di contatto che dovrà avere tutte le informazioni su questa campagna di confronto interlaboratorio e sul suo progresso relativamente alla propria attività

Timbro della ditta

Data e firma :